

# Servocuna David HKN-93A



 Centro de Servicios Hospitalarios

 centrocsh

 cshsa

 Centro de Servicios Hospitalarios

Módulo de control microprocesado para proporcionar calor y terapia al recién nacido en un medio abierto.

Inicialización automática del sistema de calefacción.

Tres modos de operación: precalentamiento, manual y control de la temperatura de piel(servocontrolado).

Cuna de 760mm x 595mm con colchón lavable.

Porta colchón radiotranslúcido y paneles laterales de acrílico rebatibles.

Porta chasis de rayos X.

Calefactor radiante con regulación e indicadores de potencia.

Timer APGAR con indicaciones sonoras a 1'.

Conector RS232.

Auto chequeo general con alarmas audibles y visuales.

Alimentación eléctrica: 220 VC 50Hz.



**Opcional**

Unidad de fototerapia con timer  
indicador de tiempo de  
funcionamiento.

Regulación electrónica de la altura de  
la superficie de reposos neonatal.

